

Instrumento Portátil
com Leitura Digital

Refratômetros

- * Alimentado por bateria de 9V, realiza mais de 1000 operações
- * Total Compensação Automática da Temperatura
- * Ampla escolha - Mais de 15 modelos disponíveis
- * Dupla indicação da temperatura:
(°C) Centígrados (°F) Farenheit
- * Escala da temperatura: 0 a 40°C
- * Compacto, robusto, portátil
- * Versões com Multi-escala
- * Alta exatidão



KÜTTLER


Compacto e pesando menos que 300g, ajusta-se perfeitamente em seu bolso.

A nova série dos econômicos refratômetros digitais portáteis, incorpora precisa tecnologia ótica, aliada a Compensação Automática da Temperatura, assegurando exatidão maior que qualquer outro refratômetro portátil no mercado.

Fáceis de usar, confiáveis e com inúmeros recursos, estão disponíveis em ampla escolha, desde o mais simples aos de multi-escalas.

Sua versatilidade torna-os apropriados para testes em indústrias de: refrigerantes, alimentação, óleos solúveis, detergentes, anti-congelantes e inúmeros outros produtos em processo de produção.

Instrumento Portátil com Leitura Digital



Fácil de usar



Simples de operar



Alta exatidão



MODELO	TIPO	ESCALA	DIVISÃO	EXATIDÃO	FUNÇÃO ESPECIAL
DR-101	Brix	0~35%	0.1	0.1	
DR-102	Brix	0~35%	0.1	0.1	Checagem Zero
DR-102L	Brix	0~45%	0.1	0.1	Checagem Zero
DR-103	Brix	0~35%	0.1	0.1	
	Índice Refrativo	1.3330~1.3900	0.0001	0.0003	Checagem Zero
DR-103L	Brix	0~45%	0.1	0.1	
		1.3330~1.4098	0.0001	0.0003	Checagem Zero
DR-111	Brix	28~65%	0.1	0.1	Checagem Zero
DR-112	Brix	28~65%	0.1	0.1	Checagem Zero
	Índice Refrativo	1.3770~1.4535	0.0001	0.0003	
DR-121	Brix	58~92%	0.1	0.1	Checagem Zero
DR-122	Brix	58~92%	0.1	0.1	
	Índice Refrativo	1.4370~1.5090	0.0001	0.0003	Checagem Zero
DR-201	Salinidade	0~28%	0.1	0.1	
DR-202	Salinidade	0~28%	0.1	0.1	Checagem Zero
DR-203	Salinidade	0~28%	0.1	0.1	
	Índice Refrativo	1.3330~1.3900	0.0001	0.0003	Checagem Zero
DR-301	Urina SG	1.000~1.050	0.0001	0.0001	
DR-302	Urina SG	1.000~1.050	0.0001	0.0001	Checagem Zero
DR-303	Urina SG	1.000~1.050	0.0001	0.0001	
	Soro P	0~12	0.1	0.1	Checagem Zero
	Índice Refrativo	1.3330~1.3900	0.0001	0.0003	
DR-401	Massa S/W	0~35%	0.1	0.1	
	Volume AP	0~22%	0.1	0.1	Checagem Zero
	Brix Oe	0~150	1	1	
	Salinidade KMW	0~25	0.1	0.1	
DR-501	Brix	0~35%	0.1	0.1	
	Salinidade	0~28%	0.1	0.1	Checagem Zero
	Índice Refrativo	1.3330~1.3900	0.0001	0.0003	
DR-601	G11/ 12	0~50°C	0.1°C	0.2°C	
	G13	0~50°C	0.1°C	0.2°C	Checagem Zero
	Água pura	0~44°C	0.1°C	0.2°C	
	Água pura	0~48°C	0.1°C	0.2°C	
DR-602	Bateria	1.15~1.3seg.	0.01 sg	0.02 sg	
	Resfriamento	0~50°C	0.1°C	0.2°C	
	Água pura	0~50°C	0.1°C	0.2°C	



Salvi Casagrande

Medição e Automatização. Qualidade Absoluta.